

Załącznik Nr 3 – specyfikacje i wymagania dodatkowe

do konkursu ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez SPG ZOZ Nadarzyn w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej (SPGZOZ – 4/2019)

1. Dodatkowy punkt pobrań na terenie gminy Nadarzyn:

- 1.1. Minimalna powierzchnia pomieszczenia w którym będą wykonywane pobrania 20 m²;
- 1.2. Pomieszczenia muszą odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
- 1.3. Przewidywany harmonogram pracy punktu pobrań: codziennie w dni robocze w godz. 8⁰⁰-12⁰⁰ lub dłużej.

2. Urządzenia chłodnicze z systemem monitorowania temperatury z funkcją powiadamiania zdalnego via sms w przypadku rejestracji temperatury poza dopuszczalnym zakresem:

2.1. Lodówka medyczna transportowa, ilość: 2 szt. :

- 2.1.1. zasilanie 12v/230v;
- 2.1.2. wyświetlacz elektroniczny;
- 2.1.3. termostat temperatury;
- 2.1.4. chłodzenie od +1°C do +15°C(lub temperatura chłodzenia do 30°C poniżej temperatury otoczenia);
- 2.1.5. pojemność od 18 l do 25 l;
- 2.1.6. regulowana półka dzieląca wewnątrz;
- 2.1.7. z uchwytem do przenoszenia;
- 2.1.8. rejestrator temperatury z możliwością powiadamiania SMS na telefony komórkowe zamawiającego z certyfikatem wzorcowania;
- 2.1.9. masa do 8 kg.

2.2. Medyczna chłodziarka z przeszklonymi drzwiami (podblatowa) ilość: 1 szt.

- 2.2.1. wysokość do 82cm, szerokość 60cm;
- 2.2.2. kolor biały;
- 2.2.3. cyfrowy zewnętrzny wyświetlacz temperatury;
- 2.2.4. regulacja odstępów między półkami;
- 2.2.5. półki druciane;
- 2.2.6. zamrażarka – brak;

- 2.2.7. automatyczne rozmrażanie, wymuszony obieg powietrza;
- 2.2.8. zakres temperatury 1-9 °C;
- 2.2.9. wbudowany zamek;
- 2.2.10. rejestrator temperatury bezprzewodowy z możliwością powiadamiania SMS na telefony komórkowe zamawiającego z certyfikatem wzorcowania;

2.3. Medyczna chłodziarka z przeszklonymi drzwiami, ilość: 2 szt.

- 2.3.1. wysokość do 150cm, szerokość 60cm;
- 2.3.2. kolor biały;
- 2.3.3. cyfrowy zewnętrzny wyświetlacz temperatury;
- 2.3.4. regulacja odstępów między półkami;
- 2.3.5. półki druciane;
- 2.3.6. zamrażarka – brak;
- 2.3.7. automatyczne rozmrażanie, wymuszony obieg powietrza;
- 2.3.8. zakres temperatury 1-9 °C;
- 2.3.9. wbudowany zamek;
- 2.3.10. rejestrator temperatury z możliwością powiadamiania SMS na telefony komórkowe zamawiającego z certyfikatem wzorcowania;

2.4. Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej na odpady medyczne, ilość: 1 szt.

- 2.4.1. wysokość do 200 cm, szerokość 80-130 cm;
 - 2.4.2. pojemność netto od 460 l;
 - 2.4.3. elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem;
 - 2.4.4. regulacja odstępów między półkami;
 - 2.4.5. półki druciane;
 - 2.4.6. zamrażarka – brak;
 - 2.4.7. automatyczne odszranianie, wymuszony obieg powietrza;
 - 2.4.8. zakres temperatury 1-9 °C;
 - 2.4.9. wbudowany zamek.
-