

**1. Medyczna chłodziarka z przeszklonymi drzwiami, ilość – 2 szt.**

Parametr	Minimalne wymagane parametry
<b>Typ</b>	- witryna chłodnicza przeszklona
<b>Zastosowanie</b>	- do przechowywania i zapewnienia odpowiednich warunków termicznych dla pobieranego materiału diagnostycznego do chwili odbioru przez kuriera
<b>Wymiary</b>	- wysokość do 170 cm; szerokość 60 cm
<b>Pojemność chłodziarki netto</b>	- min. 290 litrów
<b>Półki</b>	- min. 5 sztuk, druciane
<b>Dodatkowe funkcje</b>	- wymuszony obieg powietrza - automatyczne odszranianie - kolor biały - wbudowany zamek w drzwiach - zakres uzyskanych temperatur min. +2 do +10 stopni C - bezprzewodowy system monitoringu temperatury z sms - owym powiadomianiem Użytkownika o występujących rozbieżnościach względem zadanej temperatury - przeszklone drzwi - cyfrowy zewnętrzny wyświetlacz temperatury - zamrażarka - brak
<b>Gwarancja</b>	- gwarancja producenta, nie mniej niż 24 miesiące
<b>Inne</b>	- dostarczony sprzęt musi być nowy i nie używany, kompletny, posiadać wszystkie wymagane przewody , dokumentację – instrukcję użytkownika w języku polskim

**2. Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, ilość – 1 szt.**

Parametr	Minimalne wymagane parametry
<b>Typ</b>	- szafa chłodnicza
<b>Zastosowanie</b>	- do przechowywania odpadów medycznych w odpowiednich warunkach do chwili odbioru przez uprawnioną firmę
<b>Wymiary</b>	- wysokość do 200 cm; szerokość 80 - 130 cm
<b>Pojemność chłodziarki netto</b>	- min. 460 litrów
<b>Półki</b>	- druciane
<b>Dodatkowe funkcje</b>	- wymuszony obieg powietrza - automatyczne odszranianie - kolor biały

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wbudowany zamek w drzwiach</li> <li>- zakres uzyskanych temperatur min. +1 do +10 stopni C</li> <li>- cyfrowy zewnętrzny wyświetlacz temperatury</li> <li>- zamrażarka - brak</li> </ul>
<b>Gwarancja</b>	- gwarancja producenta, nie mniej niż 24 miesiące
<b>Inne</b>	- dostarczony sprzęt musi być nowy i nie używany, kompletny, posiadać wszystkie wymagane przewody , dokumentację – instrukcję użytkownika w języku polskim

### 3. Medyczna lodówka transportowa, ilość – 2 szt.

Parametr	Minimalne wymagane parametry
<b>Typ</b>	- lodówka transportowa/przenośna
<b>Zastosowanie</b>	- do transportu próbek medycznych dla objazdowego punktu pobrań w celu przechowywania i zapewnienia odpowiednich warunków termicznych
<b>Pojemność</b>	- 18 l – 25 l
<b>Półki</b>	- regulowana półka dzieląca wewnątrz
<b>Dodatkowe funkcje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilanie 12v/230v</li> <li>- wyświetlacz elektroniczny</li> <li>- zakres uzyskanych temperatur min. +1 do +10 stopni C</li> <li>- uchwyt do przenoszenia</li> <li>- masa do 8 kg</li> </ul>
<b>Gwarancja</b>	- gwarancja producenta, nie mniej niż 24 miesiące
<b>Inne</b>	- dostarczony sprzęt musi być nowy i nie używany, kompletny, posiadać wszystkie wymagane przewody , dokumentację – instrukcję użytkownika w języku polskim

### 4. Chłodziarka laboratoryjna, ilość – 2 szt.

Parametr	Minimalne wymagane parametry
<b>Typ</b>	- chłodziarka laboratoryjna
<b>Zastosowanie</b>	- do przechowywania i zapewnienia odpowiednich warunków termicznych dla pobieranego materiału diagnostycznego do chwili odbioru przez kuriera
<b>Wymiary</b>	Wysokość max. 83,5
<b>Pojemność</b>	- 120 l – 130 l
<b>Półki</b>	- minimum 3 sztuki, druciane
<b>Dodatkowe funkcje</b>	- zakres uzyskanych temperatur min. +2 do +10 stopni C

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dynamiczny układ chłodzenia</li> <li>- wbudowany zamek w drzwiach</li> <li>- zamrażarka - brak</li> </ul>
<b>Gwarancja</b>	- gwarancja producenta, nie mniej niż 24 miesiące
<b>inne</b>	- dostarczony sprzęt musi być nowy i nie używany, kompletny, posiadać wszystkie wymagane przewody , dokumentację – instrukcję użytkownika w języku polskim

**5. Urządzenia do samodzielnego wydruku wyników badań (e-Kioski), ilość – 3 szt.**

Parametr	Minimalne wymagane parametry
<b>Typ</b>	- urządzenie do samodzielnego wydruku wyników badań (e-Kioski)
<b>Zastosowanie</b>	- samodzielny wydruk wyników badań
<b>Przekątna wyświetlacza</b>	- minimalna przekątna 22”
<b>Skaner kodów</b>	- kreskowy lub QR
<b>Inne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymagana instrukcja obsługi na urządzeniu w widocznym miejscu;</li> <li>- obsługa wynikomatu pozwalająca w maksymalnie w 4 krokach wydrukować wynik</li> </ul>